

天星冷链管理系统

Edid Cold Chain Management System

V1.0

冰箱>历史数据查询>温度数据折线图

时间区间:

2025-09-01 00:00:00 ~

2025-09-30 23:59:59

查询

返回

GCP药房1号冰箱

区间内最高温: 6.72°C


区间内最低温: 4.69°C

探头编号: 0421

仓库: 宣武医院 冰箱: GCP药房冰箱1

温度折线图

宣武医院 GCP药房冰箱1



← 0421

Handwritten signature and date: 2025/10/10

Highcharts.com